

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №  
RA.RU.430287

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2024 (4 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Аналитический отдел Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова  
Сибирского отделения Российской академии наук**

Кодовый № лаборатории: **K0893**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z-индекса*	Заключение
<b>Наименование объекта: Природные воды (поверхностные, подземные, морские)</b>				
И4-24В	Фосфаты (фосфат-ионы), мг/дм <sup>3</sup>	0.63	0.28	Сигнал отсутствует
И4-24В/ОФ	Общий фосфор, мг/дм <sup>3</sup>	0.36	0.56	Сигнал отсутствует
<b>Наименование объекта: Сточные воды</b>				
А4-24В/Ан	Нитрат-ион, мг/дм <sup>3</sup>	40	0.66	Сигнал отсутствует
А4-24В/Ан	Сульфаты (сульфат-ионы), мг/дм <sup>3</sup>	24	-0.18	Сигнал отсутствует
А4-24В/Ан	Хлориды (хлор-ионы), мг/дм <sup>3</sup>	37	-0.09	Сигнал отсутствует

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.В. Васина

Сертификат:  
026157BA0087B23CAB4CE6C48D2C4A3C8D  
Владелец: ВасинаЕкатерина Владимировна  
Действителен: с 17.02.2025 по 17.05.2026

26.02.2025

Является приложением к отчету № ВОДА4-2024 от 26.02.2025 , без отчета недействительно.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №  
RA.RU.430287

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2023 (3 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Аналитический отдел Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова  
Сибирского отделения Российской академии наук**

Кодовый № лаборатории: **K1301**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z(Z')- индекса*	Заключение
<b>Наименование объекта: Вода природная</b>				
ЧЗ-23В	Нитрит-ионы, мг/дм <sup>3</sup>	0.34	Z = 0.35	Сигнал отсутствует
ЧЗ-23В	Нитрит-ионы, мг/дм <sup>3</sup>	0.35	Z = 0.53	Сигнал отсутствует
<b>Наименование объекта: Вода сточная</b>				
АЗ-23В	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0.12	Z = -0.22	Сигнал отсутствует
АЗ-23В	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	0.25	Z = 0.00	Сигнал отсутствует

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01A94B5A003AAF3CB842846728066B43D4  
Владелец: ВАСИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА  
Действителен: с 26.10.2022 до 26.01.2024

Е.В. Васина

27.11.2023

Является приложением к отчету № ВОДАЗ-2023 от 27.11.2023 , без отчета недействительно.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел.8(846)231-23-87 e-mail: 2312387@mail.ru

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №  
RA.RU.430287

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2022 (4 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Аналитический отдел Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова  
Сибирского отделения Российской академии наук**

Кодовый № лаборатории: **A4-318**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z(Z')- индекса*	Заключение
<b>Наименование объекта: Вода природная</b>				
Ц4-22В	Ртуть, мкг/дм <sup>3</sup>	0.076	Z = -0.17	Сигнал отсутствует

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01A94B5A003AAF3CB842846728066B43D4  
Владелец: ВАСИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА  
Действителен: с 26.10.2022 до 26.01.2024

Е.В. Васина

27.02.2023

Является приложением к отчету № ВОДА4-2022 от 27 февраля 2023 г. , без отчета недействительно.